

Aneks do Warunków Postępowania **Znak sprawy: O.POIR/Zak.16/04**

Celem postępowania jest wybór dostawcy następujących urządzeń:
Spektrofotometr z przystawką fluorescencyjną do analizy płytek 96-cio dółkowych (w tym oprogramowanie i komputer)
w ramach projektu:

„Rozwój Ośrodka Badawczo Rozwojowego Olimp Laboratories w obszarze poprawy bezpieczeństwa i efektywności działania suplementów diety”

Zadanie 4: Spektrofotometr z przystawką fluorescencyjną do analizy płytek 96-cio dółkowych (w tym oprogramowanie i komputer)

**Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
Kod CPV: 38433300-2 Analizatory widma**

Zadanie współfinansowane ze środków unii Europejskiej i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Nagawczyna, 02.02.2018 r.

W związku ze zmianami w Warunkach Postępowania następujące zapisy przyjmują brzmienie:

Paragraf 3 pkt 1.2. a) iii

Zakres pomiarowy (dokładność /powtarzalność): 200-1 000 nm (≤ 2 nm/ ≤ 1 nm)

Paragraf 3 pkt 1.2. b) iv

Dynamiczny zakres pomiarowy: co najmniej 6 dekad

Paragraf 3 pkt 1.2. e) vii

możliwość użycia 3 buforów w trybie automatycznym lub manualnym

W związku ze zmianami w Warunkach Postępowania następujące zapisy zostają usunięte:

Paragraf 3 pkt 1.2. e) v

Paragraf 3 pkt 1.2. e) vi

W związku ze zmianami w Warunkach Postępowania następujące zapisy zostają dodane:

Paragraf 3 pkt 1.2. f)

dla wszystkich wymaganych parametrów odpuszczalne jest odstępstwo w zakresie 15% od wymaganej wartości parametru

Zatwierdzam