

Nagawczyna, 29.03.2018

Zamawiający:
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica
NIP: 872-20-76-235
REGON: 691532279

Odpowiedzi na pytania w Postępowaniu **O.POIR/Zak.16/04/II**

Pytanie 1.

Dot. Wzoru umowy paragraf 10 ust. 2 - Czy Zamawiający może potwierdzić, że wyznaczając czas na naprawę będzie ten czas naprawy konsultował z Wykonawcą, uwzględniając np. czas dostawy części bezpośrednio od Producenta, który wydłuża naprawę do nie mniej niż 15 dni roboczych?

1. Potwierdzamy, Zamawiający będzie konsultował czas naprawy z Dostawcą oraz uwzględniał ewentualny czas na dostawę części zamiennych.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby monochromator używany do pomiarów fluorescencji posiadał możliwość regulacji szczeliny – szerokości połówkowej wiązki, co zapewni wyższą specyficzność o precyzję prowadzonych pomiarów?

2. Zamawiający nie wymaga takiej możliwości.